

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам

Н.Н. Горбунов

« 11 » 06 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение флюорографического исследования работников АО «НСЗ» (далее
ФЛГ)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Наименование работ	Проведение ФЛГ работникам АО «НСЗ», в целях профилактики развития болезней легких (туберкулеза) в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»
2	Общие сведения об организации заказчика	Полное наименование Акционерное общество «Новосибирский стрелочный завод». Краткое наименование АО «НСЗ» Место проведения работ 630025 г. Новосибирск ул. Аксенова,7
3	Сроки проведения работ	60 календарных дней с момента подачи заявки на проведение ФЛГ.
4	Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2001г. №197 –ФЗ «Трудовой кодекс РФ»; Федеральный закон от 05.04.2013г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»
5	Виды выполняемых работ	Проведение флюорографического исследования работников на территории АО «НСЗ» посредством выездного медицинского комплекса. Оформление результатов ФЛГ на бумажном носителе на каждого работника, прошедшего исследование. Оформление результатов в электронном виде

6	Требования к проведению исследований	Проведение ФЛГ должно осуществляться на территории АО «НСЗ» при помощи передвижного медицинского комплекса (автомобиль с флюорографической установкой) Пропускная способность автомобиля ФЛГ должна быть не менее 70 человек в день
7	Требования к документации	Предоставление результатов ФЛГ на бумажном носителе на каждого работника Предоставление результатов ФЛГ на электронном носителе в виде поименного списка с датой прохождения ФЛГ и результатом.
8	Дополнительные требования заказчика	
9	Исходные данные для разработки	
10	Порядок и контроль приемки работ	Исполнитель обязан предоставить Заказчику результаты исследований не более чем через 14 дней после окончания работ.
11	Контактное лицо	Специалист по охране труда АО «НСЗ» Астафьева Ирина Константиновна эл.почта: astafevaik@nsznsk.ru Тел. раб. 305-47-48 (доб. 73-66),
12	Требования к организации, оказывающей услуги по проведению флюорографического исследования	Медицинская организация любой организационно-правовой формы, имеющая право и лицензию на оказание медицинских услуг, в том числе на проведение флюорографических исследований Врач-рентгенолог Кабинета должен соответствовать Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" () по специальности "рентгенология", а также требованиям профессионального стандарта "Врачрентгенолог". Рентгенолаборант должен соответствовать Квалификационным требованиям к медицинским работникам и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальности "рентгенология". Наличие передвижного медицинского комплекса (автомобиль с флюорографической установкой)

Начальник ООТиПБ



Н.В. Цын