


**ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
 простой закупочной процедуры на поставку системы видеоизмерительной Sinowon iMS-3020  
 или эквивалент, номер извещения: **B2511241445132**

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Текст положения документа в новой редакции																								
1	Приложение №1 к запросу_Техническое задание <table border="1" data-bbox="153 528 809 887"> <thead> <tr> <th>Наименование Оборудования</th> <th>Характеристика</th> <th>Требуемое значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Видеоизмерительная система</td> <td>Управление</td> <td>ручное, опция ЧПУ по оси Z</td> </tr> <tr> <td>Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее</td> <td>от 0,7х до 4,5х</td> </tr> <tr> <td>Зум-объектив</td> <td>моторизованный</td> </tr> <tr> <td>Линза 0,5х</td> <td>предусмотрено</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование Оборудования	Характеристика	Требуемое значение	Видеоизмерительная система	Управление	ручное, опция ЧПУ по оси Z	Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее	от 0,7х до 4,5х	Зум-объектив	моторизованный	Линза 0,5х	предусмотрено	Приложение №1 к запросу_Техническое задание <table border="1" data-bbox="829 528 1482 969"> <thead> <tr> <th>Наименование Оборудования</th> <th>Характеристика</th> <th>Требуемое значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Видеоизмерительная система</td> <td>Управление</td> <td>ручное по осям ХУ, моторизованное по оси Z</td> </tr> <tr> <td>Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее</td> <td>от 0,6х до 5,0х</td> </tr> <tr> <td>Зум-объектив</td> <td>ручной</td> </tr> <tr> <td>Линза</td> <td>0,5х и 2,0х</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование Оборудования	Характеристика	Требуемое значение	Видеоизмерительная система	Управление	ручное по осям ХУ, моторизованное по оси Z	Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее	от 0,6х до 5,0х	Зум-объектив	ручной	Линза	0,5х и 2,0х
Наименование Оборудования	Характеристика	Требуемое значение																								
Видеоизмерительная система	Управление	ручное, опция ЧПУ по оси Z																								
	Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее	от 0,7х до 4,5х																								
	Зум-объектив	моторизованный																								
	Линза 0,5х	предусмотрено																								
Наименование Оборудования	Характеристика	Требуемое значение																								
Видеоизмерительная система	Управление	ручное по осям ХУ, моторизованное по оси Z																								
	Номинальный диапазон оптического увеличения, не менее	от 0,6х до 5,0х																								
	Зум-объектив	ручной																								
	Линза	0,5х и 2,0х																								

Начальник отдела закупок и снабжения

  
 \_\_\_\_\_ /О.Н. Румянцева/